

**Приложение 1**  
**к протоколу об итогах тендера по**  
**закупу медицинских изделий**  
**от 07.03.2024г.**

**Экспертное заключение**  
**по лотам № 22, 23, 60, 67, 79**

Я, Таумов Айдос Жаксылыкович заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ и эксперт по лотам № 22, 23, 60, 67, 79 рассмотрел представленные технические спецификации от ТОО «Clever Medical» и ТОО «Мерусар и К».

По результатам анализа можно сделать следующее заключение.

**По лоту № 22 «Индивидуальный процедурный комплект для коронарографии»:**

Тендерной заявкой ТОО «Clever Medical» были предложены процедурные комплекты СРТ от производителя ТОО «Clever Medical», РК. Представленные технические спецификации на процедурные комплекты СРТ потенциальным поставщиком ТОО «Clever Medical» соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

Тендерной заявкой ТОО «Мерусар и К» были предложены индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур от производителя ТОО «Мерусар и К», РК.

Представленные технические спецификации на индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур потенциальным поставщиком ТОО «Мерусар и К» не соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика по следующим характеристикам:

- отсутствует в комплектации шовного материала для фиксации интервенционных изделия медицинского назначения. Потенциальным поставщиком заменен на повязку для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения, что не соответствует утвержденному ТС ТД заказчика


- размер стикера этикетки на процедурный комплект 210\*290 мм., вместо 210\*148 утвержденной ТС ТД заказчика.

**По лоту № 23 «Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями для ЭКС»:**

Тендерной заявкой ТОО «Clever Medical» были предложены процедурные комплекты СРТ от производителя ТОО «Clever Medical», РК. Представленные технические спецификации на процедурные комплекты СРТ потенциальным поставщиком ТОО «Clever Medical» соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

Тендерной заявкой ТОО «Мерусар и К» были предложены индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур от производителя ТОО «Мерусар и К», РК.

Представленные технические спецификации на индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур потенциальным поставщиком ТОО «Мерусар и К» не



соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика по следующим характеристикам:

- отсутствует в комплектации шовного материала для фиксации интервенционных изделия медицинского назначения. Потенциальным поставщиком заменен на повязку для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения, что не соответствует утвержденному ТС ТД заказчика

- размер стикера этикетки на процедурный комплект 210\*290 мм., вместо 210\*148 утвержденной ТС ТД заказчика.

**По лоту № 60 «Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями ЭФИ РЧА»:**

Тендерной заявкой ТОО «Clever Medical» были предложены процедурные комплекты СРТ от производителя ТОО «Clever Medical», РК. Представленные технические спецификации на процедурные комплекты СРТ потенциальным поставщиком ТОО «Clever Medical» соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

Тендерной заявкой ТОО «Мерусар и К» были предложены индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур от производителя ТОО «Мерусар и К», РК.

Представленные технические спецификации на индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур потенциальным поставщиком ТОО «Мерусар и К» не соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика по следующим характеристикам:

- отсутствует в комплектации шовного материала для фиксации интервенционных изделия медицинского назначения. Потенциальным поставщиком заменен на повязку для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения, что не соответствует утвержденному ТС ТД заказчика

- размер стикера этикетки на процедурный комплект 210\*290 мм., вместо 210\*148 утвержденной ТС ТД заказчика;


- покрытие находится в свернутом состоянии в картонном держателе, вместо жестком, пластиковом кольце утвержденному ТС ТД заказчика,

**По лоту № 67 «Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями для криоабляции»:**

Тендерной заявкой ТОО «Clever Medical» были предложены процедурные комплекты СРТ от производителя ТОО «Clever Medical», РК. Представленные технические спецификации на процедурные комплекты СРТ потенциальным поставщиком ТОО «Clever Medical» соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

Тендерной заявкой ТОО «Мерусар и К» были предложены индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур от производителя ТОО «Мерусар и К», РК.

Представленные технические спецификации на индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур потенциальным поставщиком ТОО «Мерусар и К» не соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика по следующим характеристикам:



- отсутствует в комплектации шовного материала для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения. Потенциальным поставщиком заменен на повязку для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения, что не соответствует утвержденному ТС ТД заказчика

- размер стикера этикетки на процедурный комплект 210\*290 мм., вместо 210\*148 утвержденной ТС ТД заказчика;

- покрытие находится в свернутом состоянии в картонном держателе, вместо жестком, пластиковом кольце утвержденному ТС ТД заказчика

**По лоту № 79 «Индивидуальный процедурный комплект для катетеризации центральной вены взрослый»:**

Тендерной заявкой ТОО «Clever Medical» были предложены процедурные комплекты СРТ от производителя ТОО «Clever Medical», РК. Представленные технические спецификации на процедурные комплекты СРТ потенциальным поставщиком ТОО «Clever Medical» соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

Тендерной заявкой ТОО «Мерусар и К» были предложены индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур от производителя ТОО «Мерусар и К», РК.

Представленные технические спецификации на индивидуальные процедурные комплекты для кардиохирургических и диагностических процедур потенциальным поставщиком ТОО «Мерусар и К» не соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика по следующим характеристикам:

- отсутствует в комплектации шовного материала для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения. Потенциальным поставщиком заменен на повязку для фиксации интервенционных изделий медицинского назначения, что не соответствует утвержденному ТС ТД заказчика

**Эксперт:**  
заведующий отделением  
рентгенхирургических методов диагностики  
ГКП «Актюбинский медицинский  
центр» (Aktobe medical center) на ПХВ



А.Ж.Таумов

«06» марта 2024 год.

